

4033 Debrecen, Liget tér 2/2.
Tel./Fax: 52- 419 601
1063 Budapest
Szinyei Merse Pál u. 8. III./10
Tel.: 302-1280 Fax: 269-2174
E-mail: steinjanos@t-online.hu

Tárgy: SG-759. számú közbeszerzési eljárás (Bajai Szent Rókus Kórház részére szemlencsék, mikrosebészeti kések és szemészeti oldatok beszerzése) válasz előzetes vitarendezési kérelemre

Tisztelt Ajánlattevők!

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy 2014. február 7. napján a **Polytech Hungária Kft.** (1093 Budapest, Vámház krt. 13.) ajánlattevő (a továbbiakban: Kérelmező) előzetes vitarendezést kezdeményezett a **Medicontur Orvostechnikai Kft.** (2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) 3. részre (egytestű hidrofil akril szemlencse) tett ajánlatának érvényességével kapcsolatban.

FELADÓ / FROM:

S&G Consulting Kft.

CÍMZETT / TO:

ajánlattevők

TÁRGY / SUBJECT:

válasz előzetes vitarendezési kérelemre

A Kbt. 79. § (4) bekezdése és a Kbt. 67. §-a alapján az ajánlatkérő az ajánlatban szereplő nem egyértelmű kijelentésekkel, nyilatkozatokkal, igazolásokkal kapcsolatban felvilágosítást kért a **Medicontur Orvostechnikai Kft.** (2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1.) ajánlattevőtől. Az ajánlattevő a beérkezett felvilágosítás tartalma alapján az előzetes vitarendezési kérelemre az alábbi választ adja.

1.) A Kérelmező álláspontja szerint az Ajánlattevő ajánlatában szereplő MEDICONTUR 612HPS típusú termék lábdőlése nem felel meg a felhívás mellékletét képező műszaki leírásban foglaltaknak.

Az Ajánlattevő a felvilágosítás keretében a következőket adta elő:

DÁTUM / DATE:

2014. február 18.

„A láb és az optika középsíkja között bezárt szög 5°-os. Cégünk a másodlagos szürkehályog kialakulása miatti klinikai vizsgálatok eredménye alapján az optika-haptika határon az újabb típusainál lépcsőt alkalmaz, így 360°-ban körbefutó éles szélt kialakítva, emiatt az optika-haptika határtól a lépcső és az 5°-os lábdőlés együttesen 9°-os szöget bezáró egyenessel jellemezhető. Fenti kialakítás az éles szélkiképzésű lencsék utólagos másodlagos szürkehályog vizsgálata alapján született meg, ugyanis a lencsék utóvizsgálatánál az optika-haptika határon volt tapasztalható a másodlagos szürkehályogot okozó sejtmigráció, ezt védi ki a lépcsős kialakítással a 360°-ban körbefutó éles szél.”

**LAPSZÁM /
NUMBER. OF PAGES**

2

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése szerint: „Az (1) bekezdés b) pontja esetén nem nyilvánítható érvénytelennek az európai szabványt közzétevő nemzeti szabványnak, európai műszaki engedélynek, közös műszaki előírásnak, nemzetközi szabványnak vagy műszaki ajánlásnak megfelelő ajánlat, amennyiben ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevőnek az ajánlatában - megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel - bizonyítania kell, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.”

Fentiek alapján az ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék kérdéses műszaki paramétere eltér a műszaki leírásban megfogalmazott követelménytől, de az eltérés műszaki-szakmai többletet jelent, és az Ajánlattevő a felvilágosítás keretében igazolta, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek, így az ajánlat érvénytelensége nem állapítható meg.

Az ajánlatkérő a Kérelmező előzetes vitarendezési kérelmének 1.) pontját elutasítja.

2.) A Kérelmező álláspontja szerint az Ajánlattevő ajánlatában szereplő MEDICONTUR 612HPS típusú termék „A” konstansa nem felel meg a felhívás mellékletét képező műszaki leírásban foglaltaknak.

Az Ajánlattevő sem az ajánlatában, sem a felvilágosítás keretében nem adott elő olyan alátámasztást, indokolást, amellyel a megajánlott termék egyenértékűségét igazolta volna.

Tekintettel arra, hogy a kérdéses paraméter nem teljesítmény-, illetve funkcionális követelményre vonatkozik, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése nem alkalmazható.

Fentiek alapján az ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék kérdéses műszaki paramétere eltér a műszaki leírásban megfogalmazott követelménytől, és az eltérés műszaki-szakmai többletet nem jelent, az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek való megfelelés a kérdéses műszaki paraméter esetében nem értelmezhető, így az ajánlat érvénytelensége megállapítható.

Az ajánlatkérő a Kérelmező előzetes vitarendezési kérelmének 2.) pontját elfogadja.

Fentieknek megfelelően az ajánlatkérő az összegezést a Kbt. 78. § (1) bekezdése alapján, az ott meghatározott határidőn belül módosítani fogja.

Budapest, 2014. február 18.

Tisztelettel,


S&G Consulting Kft.
1065 Bp. Szinyei Merse utca 8.
Alkalmaz. 12678158-2-00

Pap László
hivatalos közbeszerzési tanácsadó
S&G Consulting Kft.